

IssueNo. / 発行No. UKV-140943

Date of issue / 発行年月日 2014-10-30

CERTIFICATE OF INSPECTION 検査成績書

Product name Master ball Date of inspection
品名 マスターボール 検査年月日 **2014-10-30**

Code No. Temperature
コードNo. **06ABM944** 温度 20°C(標準温度)

Serial No. Inspection Standard Mitutoyo Standard
製造No. **P2717** 検査規格 ミットヨ規格

Nominal Size (Diameter)
呼び寸法(直径) **φ 20mm**

1. Result of inspection / 検査結果

- (1) Appearance / 外観: **Good / 良**
- (2) Performance / 性能:

	Permissible values / 許容値	Measured Value / 測定値
Diameter 直径値	Tolerance of diameter/直径寸法公差 0 20 -0.1 mm	19.9577 mm
Roundness 真円度	≤ 0.13 μm	0.062 μm

2. Overall judgment / 総合判定 : **Passed / 合格**

Chief inspector _____

Mitutoyo Corporation