

管理番号

M90610

# 動作確認チェックシート

検査日	2022年 12月 5日	(機械の仕様・規格を記入する。)			
商品名	防爆冷蔵庫	電源電圧	1相 100V	冷媒	R-134a(440g)
型式	EP-522	周波数	50/60 Hz		
メーカー名	日本フリーザー	庫内制御温度	-20~5℃	内寸	W700D625H1190
機械Ser.No	020622469	消費電力	245/280w	外寸	W800D900H1800
製造年月	2002年 6月	内容積	約520L	重量	210 Kg

チェック項目	主な確認内容	チェック(○×)
1 外観	筐体・キャスター・継手・スイッチ等に著しいキズ・破損・動作不良はないか。	○
2 起動動作	POWER ON時に異常(異音・異臭・漏電・暴走・アラーム表示等)はないか。	○
3 SW設定	SWの機能は正常か。	○
4 保管・出荷準備	水抜き・ビス締め・清掃・入庫元に関するシール等を取り除く。	○
5 確認シール	動作確認済シールを貼る	○

**備考(動作確認内容・不具合内容等)** 機器の仕様・規格を満たす事を確認する。

動作確認環境(室温18℃ 湿度15%RH)

・外観 サビ有り



・動作確認

温度設定: -20℃



庫内温度 約13℃から 約2h後 -20℃まで冷却 確認



運転開始時



運転開始から約2h後



扉サビ有り



冷媒配管結露によるサビ有り  
(保温材劣化)

取扱説明書(無)

## 修理・改造履歴

年月日	修理・改造記録	作業者

File Maker入力

(備考欄コメント)

[責任者]

動作(OK) 作業工数[ 3H ]

電源プラグ無し 別途購入必要

検査担当者[ Tokunaga ]



ユーザー名[ ]

出荷日 年 月 日